

Si riporta l'elenco dei dispositivi pubblicati in bacheca coinvolti negli avvisi di sicurezza riportati sul sito del Ministero della Salute.

- **Modelli di dispositivi Trilogy 100, Trilogy 200, Garbin Plus, Aeris, LifeVent, BiPAP V30 e BiPAP A30/A40 Seires**

Tutti i dispositivi prodotti prima del 26 aprile 2021, tutti i numeri di serie dei dispositivi	
Ventilatore a pressione continua	Trilogy 100
	Trilogy 200
	Garbin Plus, Aeris, LifeVent
Ventilatore a pressione continua, supporto ventilatorio minimo, utilizzo nella struttura	A-Series BiPAP Hybrid A30
	A-Series BiPAP V30 Auto
Ventilatore a pressione continua, non di supporto vitale	A-Series BiPAP A 40
	A-Series Bipap A30

- **Dispositivi CPAP e PAP a due livelli**

Tutti i dispositivi prodotti prima del 26 aprile 2021, tutti i numeri di serie dei dispositivi	
Ventilatore a pressione continua, supporto ventilatorio minimo, utilizzo nella struttura	E30 (autorizzazione all'uso in emergenza)
Ventilatore a pressione continua, non di supporto vitale	DreamStation ASV
	DreamStation ST, AVAPS
	SystemOne ASV4
	C-Series ASV
	C-Series S/T e AVAPS
	OmniLab Advanced+
Ventilatore a pressione non continua	SystemOne (Q-Series)
	DreamStation
	DreamStation Go
	Dorma 400
	Dorma 500
	REMstar SE Auto

Per i suddetti modelli verrà aggiunto un ulteriore avviso posto di fianco alla descrizione del codice ISO come ulteriore punto di attenzione rivolto al prescrittore in fase di scelta dei modelli.

PRIMA

Codice ISO	Descrizione estesa
030315000_99	VENTILATORE POLMONARE



DOPO

Codice ISO	Descrizione estesa
030315000_99	VENTILATORE POLMONARE - ATTENZIONE IN BACHECA È RIPORTATO L'ELENCO DEI DISPOSITIVI COINVOLTI NEGLI AVVISI DI SICUREZZA PUBBLICATI SUL SITO DEL MDS